

Denumirea etalonului	Echipament	Valoare realizată/ Interval realizat	Incertitudinea extinsă de realizare a unității	Sursa de trasabilitate
EN al unității de măsură Pascal pentru mărimea fizică <i>presiune acustică</i>	Grup de microfoane etalon și surse etalon de semnal acustic	s ₀ = 26 dB; L _p = 94 dB calibrator L _p = 124 dB pistonfon	(0,04...0,08) dB pentru microfoane 0,2 dB pt. calibrator 0,07 dB pt. pistonfon	INM