

Denumirea etalonului	Echipament	Valoare realizată/ Interval realizat	Incertitudinea extinsă de realizare a unității	Sursa de trasabilitate
EN al unității de măsură mg/g pentru mărimea fizică <i>fracție masică</i>	Set de Materiale de Referință primare precum și echipamente pentru realizarea metodei gravimetrice și ICP-MS pentru atribuirea valorii de fracție masică de Cu, Pb, Zn, Ca, Cd, Cr, Co, Mn, Ni în soluții spectrometrice	(0,5 ... 1) mg/g	2 % (relativă)	INM și NIST