

	Componentă	Domenii de măsurare	Incertitudini extinse relative	Sursa de trasabilitate
MR etalon primar în stare solidă	acid benzoic SRM NIST	> 99,99 %	< 0,005	NIST
<i>Materiale de referință</i> (MR) pentru putere calorică, în stare solidă	acid benzoic	> 99,99 %	< 0,01	NPL, NIST
<i>Materiale de referință</i> (MR) pentru putere calorică, în stare gazoasă	amestecuri CH ₄ / N ₂ sau H ₂ / N ₂			
Etalon de Referință	Calorimetru gaz CWD 2005 PLUS	(15 ...50) MJ/m ³	0,3 %	
Etalon de Referință	Sistem calorimetric izoperibolic cu bomba PARR 6200	(15...50) MJ/kg	0,1 %	