

Etaloane de referință	Domenii de măsurare	Incertitudini extinse	Sursa de trasabilitate
Instalatia etalon Φ 50 - Φ 200 pentru etalonarea/verificarea metrologică a contoarelor si debitmetrelor pentru apă rece	(0,025-200) dm ³ /s	(0,021...0,025) % (rel)	INM
Instalatia etalon cu clopot tip BPG-R200A pentru etalonarea/verificarea metrologică a contoarelor și debitmetrelor pentru gaz	(0,016-16,0) m ³ /h	(0,13...0,16) % (rel)	INM
Tunelul aerodinamic pentru etalonarea anemometrelor	(3,5-23) m/s	(0,51...0,63) % (rel)	INM
Instalatie etalon tip SVG 69 pentru etalonarea/verificarea metrologică a contoarelor si debitmetrelor pentru apa rece și apa calda	(10-27 500) dm ³ /h	(0,16 ...0,18) % (rel)	INM
Statie calibrare pipete MCP- 1 S, cu balanta electronica cu max 101 g	(10...20000) μ l	(0,02 ...40) μ l	INM
Masuri de volum din sticla etaloane primare	(1 ... 10000) cm ³	0,012 % (rel)	INM
Masuri de volum din metal, etaloane primare, cu preaplin cu rigla pe gat și cu rigla pe generatoare	volum nominal de 1 dm ³ , 2 dm ³ , 5 dm ³ ; 10 dm ³ , 20 dm ³ , 50 dm ³ , 100 dm ³ , 200 dm ³ , 500 dm ³ , 1000 dm ³	(0,02 ... 0,05) % (rel)	INM
Balante etalon	max 81/220 g, 2 kg, 10 kg, 50 kg		INM
Truse de greutate F1	1 mg ...20 kg	Cf. F1	INM